



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας : 11521

Πληροφορίες : Ε. Παπαγεωργάκη

Τηλέφωνο : 210 6479232

Fax : 2106468526

E-Mail : support@gcsl.gr

ΑΔΑ:.....

Αθήνα 05/12/2019

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/8383

Έγκριση δαπάνης:30/002/000/7872/2019

ΑΔΑΜ:19REQ005917749,

ΑΔΑ: 60ΕΑ46ΜΠ3Ζ-1ΕΛ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πυράντοχων, εξαεριζόμενων ντουλαπών ασφαλείας με απαγωγή για φύλαξη οβίδων δειγμάτων LPG και δύο (2) θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285
ΚΑΕ	1299 «Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων», 39714100-1: «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ» 44211110-6: «ΘΑΛΑΜΟΙ»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	24.800,00 € (20.000,00 € πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00 €)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	16/12/2019 και ώρα 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια δύο (2) πυράντοχων, εξαεριζόμενων ντουλαπών ασφαλείας με απαγωγή για φύλαξη οβίδων δειγμάτων LPG και δύο (2) θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας, για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **24.800,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (20.000,00 € πλέον ΦΠΑ ύψους 4.800,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 1299.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΕΙΔΟΣ 1 Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες κατάψυξης) 1 τεμάχιο	7.688,00€
ΕΙΔΟΣ 2 Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες συντήρησης) 1 τεμάχιο	6.572,00€

<p style="text-align: center;">ΕΙΔΟΣ 3</p> <p style="text-align: center;">Ντουλάπες ασφαλείας για φύλαξη κυλίνδρων αερίων υπό πίεση, κατασκευασμένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 14470-2. 2 τεμάχια</p> <p>(1 τεμάχιο με εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 130X60X200cm και εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 116 X50 X184cm & 1 τεμάχιο με εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 68X60X200cm και εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 56X50X184cm.)</p>	10.540,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ	24.800,00€

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης. Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα , για περισσότερα από ένα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την ποσότητα κάθε υπό προμήθεια είδους.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoj> και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση <http://www.gcsf.gr> στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ», από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ, ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΟΒΙΔΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ LPG ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (30/002/000/8383/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)	
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α'	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:
	Διεύθυνση:
	Τηλ./ Fax:
	Email:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και **την 16/12/2019 και ώρα 14:00** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support@gcsf.gr ή μέσω fax στο 210 6479206

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο το έντυπο **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** σύμφωνα με το Παράρτημα Β ' «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» και το έντυπο **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** σύμφωνα με το Παράρτημα Γ ' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» , της παρούσας, από το νόμιμο εκπρόσωπο, με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Δ).

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση τα έντυπα **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τεχνικά Στοιχεία, όπως πιστοποιητικά, φυλλάδια, κατάλογοι, κλπ. που θα προσκομιστούν συνημμένα με την προσφορά.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας-Ανταλλακτικά

Ο Προμηθευτής οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον, από την ημερομηνία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υποχρεούται επίσης να δώσει εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) χρόνια και να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.

Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 24-48 ώρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή.

6. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ειδικοί όροι

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά όπως οι κατασκευαστές ορίζουν, καινούρια και αμεταχειριστά.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του κάθε είδους προ ΦΠΑ). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 30% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας

2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση - Παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στους χώρους των Χημικών Υπηρεσιών για τους οποίους προορίζονται, σύμφωνα με τον πίνακα:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Χ.Υ. Μετρολογίας (NUTS: EL303)	Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα	Η. Κακουλίδης	2106479136-110	cms@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (Πάτρα)	Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα, ΤΚ 26443	Α. Κούτρα	2610336786	peloponnese@gcsl.gr

(NUTS: EL632)

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής για τα είδη που παρέλαβε εντός ενός (1) μηνός από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής τους. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου των ειδών, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή του είδους και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/8383/2019), ο ΚΑΕ 1299 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης κατακύρωσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία, των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., ΚΑΕ 1299.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το Παράρτημα Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ: Υπεύθυνη Δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Με εντολή Διοικητή

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail:a.giannaki@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α', Β' & Γ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΕΙΔΟΣ 1****ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»****Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες κατάψυξης)****Προϋπολογισμός 6.200 € + 1.448 € ΦΠΑ = 7.688 €****Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας**

Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 850 λίτρων.
2. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου.
3. Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 6 kWh.
4. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.
5. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -10°C ως -40°C.
6. Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 6°C.
7. Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).
8. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.
9. Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου.
10. Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής.
11. Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα.
12. Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση.
13. Κλειδαριά.
14. Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας.
15. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του.
16. Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων.
17. Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά(7) έτη τουλάχιστον.
6. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΣ 2

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»
Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες συντήρησης)
Προϋπολογισμός 5.300 € + 1.272 € ΦΠΑ = 6.572 €
Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας

Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 850 λίτρων.
2. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου.
3. Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 3 kWh.
4. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.
5. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: +2°C ως +15°C.
6. Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 2°C.
7. Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).
8. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.
9. Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου.
10. Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής.
11. Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα.
12. Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση.
13. Κλειδαριά.
14. Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας.
15. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του.
16. Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων.
17. Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά(7) έτη τουλάχιστον.
6. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΣ 3

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»
Ντουλάπες ασφαλείας για φύλαξη κυλίνδρων αερίων υπό πίεση,
κατασκευασμένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 14470-2.
Τεμάχια δύο (2)
Προορίζονται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
Προϋπολογισμός 8.500 € + 2.040 € ΦΠΑ = 10.540 €

Δύο (2) ντουλάπες ασφαλείας για αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο, 4 κυλίνδρων αερίων υπό πίεση των 50 λίτρων η πρώτη και 2 κυλίνδρων η δεύτερη. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 14470-2 και EN 14727. Η συμφωνία με τα πρότυπα θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο διεθνώς φορέα.

Οι ντουλάπες πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Όπως ορίζει το EN 14470-2 θα έχουν υποστεί δοκιμή αντοχής σε φωτιά σε διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο - Normative reference EN 1363-1: 1999 (Fire resistance tests — Part 1: General requirements).

Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο, σύμφωνα με τη διαδικασία UNI EN ISO 9001:2008.

Να διαθέτουν διπλά τοιχώματα, εσωτερικά και εξωτερικά και αντιπυρική μόνωση με υψηλή ανθεκτικότητα στη φωτιά. Το μονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί να είναι πλήρως οικολογικό χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το εξωτερικό τους κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από συνεχές φύλλο (με τις ελάχιστες δυνατές συγκολλήσεις) και να είναι εντελώς στεγανό.

Το εσωτερικό τους κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στις γρατζουνιές, και στα διαβρωτικά υλικά.

Μεταξύ των τοιχωμάτων να παρεμβάλλεται διογκούμενο πληρωτικό υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 4102 (Fire testing To Building Material), που θα διογκώνεται σε περίπτωση πυρκαγιάς και θα απομονώνει το εσωτερικό του θαλάμου από το περιβάλλον.

Να διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες και σύστημα φυσικού εξαερισμού, με δύο πιστοποιημένες βαλβίδες ασφαλείας (στην κορυφή και στο κάτω μέρος του οπίσθιου τοιχώματος της ντουλάπας), ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή των αερίων. Οι βαλβίδες θα κλείνουν αυτόματα στους $70 \pm 10^{\circ}\text{C}$.

Να υπάρχουν ιμάντες ασφάλισης για τους κυλίνδρους και ράμπα για την εύκολη τοποθέτηση των κυλίνδρων.

Κάθε ντουλάπα να περιλαμβάνει θήκη συγκράτησης έως 3 μικρών κυλίνδρων του 1lt.

Να περιλαμβάνουν εγκατάσταση φίλτρων ενεργού άνθρακα.

Να περιλαμβάνουν εγκατάσταση αναρροφητήρα ATEX 220V, 180W, Φ 125mm.

Ο προμηθευτής με την εγκατάσταση θα αναλάβει και τη δημιουργία δικτύου απαγωγής μήκους περίπου 3m για την κάθε ντουλάπα.

Να υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης διαρροών των αερίων.

Οι μεντεσέδες να έχουν κατασκευή τέτοια ώστε να μην παράγουν σπινθήρες κατά την περιστροφή τους.

Να έχουν κλειδαριά ασφαλείας με κύλινδρο.

Να παραδοθούν με τις απαραίτητες επισημάνσεις "No smoking" και "Fire" σε ευκρινή σημεία σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης DIN 4844 και ISO 3864 για σημάσεις ασφαλείας εμπορικά διαθέσιμων κατασκευών - προϊόντων.

Να διαθέτουν σύνδεση γείωσης για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού.

Τα πόδια τους να είναι ρυθμιζόμενα για οριζόντιωση στο σημείο εγκατάστασης.

Οι διαστάσεις τους θα είναι περίπου ($\pm 5\%$) οι ακόλουθες:

Για την πρώτη:

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxΥ) 130X60X200cm.

Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxBxΥ) 116X50X184cm.

Για τη δεύτερη:

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxBxΥ) 68X60X200cm.

Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxBxΥ) 56X50X184cm.

Να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Να δοθεί εγγύηση εφ' όρου ζωής από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή που καλύπτει κάθε τραυματισμό προσώπων και φθορά αντικειμένων.

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.

Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.

Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της αρ. 30/002/000/8383/2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πυράντοχων, εξαεριζόμενων ντουλαπών ασφαλείας με απαγωγή για φύλαξη οβίδων δειγμάτων LPG και δύο (2) θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΕΙΔΟΣ 1 Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες κατάψυξης) Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογία		
Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:		
1. Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 850 λίτρων.		
2. Διαστάσεις (ΥxΠxB) 220x80x100 cm περίπου.		
3. Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 6 kWh.		
4. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.		
5. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -10°C ως -40°C.		
6. Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 6°C.		
7. Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).		
8. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.		
9. Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου.		
10. Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής.		
11. Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα.		
12. Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση.		
13. Κλειδαριά.		
14. Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας.		
15. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του.		
16. Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων.		

17. Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον.		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.		
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.		
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.		
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.		
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.		
6. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.		
7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.		
ΕΙΔΟΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ» Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες συντήρησης) Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας		
Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:		
1. Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 850 λίτρων.		
2. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου.		
3. Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 3 kWh.		
4. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.		
5. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: +2°C ως +15°C.		
6. Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 2°C.		
7. Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).		
8. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.		
9. Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου.		
10. Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής.		
11. Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα.		
12. Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση.		
13. Κλειδαριά.		
14. Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας.		
15. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του.		

16. Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων.		
17. Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον.		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		
1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.		
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.		
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.		
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.		
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.		
6. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.		
7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.		
ΕΙΔΟΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ» Ντουλάπες ασφαλείας για φύλαξη κυλίνδρων αερίων υπό πίεση, κατασκευασμένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 14470-2. Τεμάχια δύο (2) Προορίζονται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου		
1. Δύο (2) ντουλάπες ασφαλείας για αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο, 4 κυλίνδρων αερίων υπό πίεση των 50 λίτρων η πρώτη και 2 κυλίνδρων η δεύτερη. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 14470-2 και EN 14727. Η συμφωνία με τα πρότυπα θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο διεθνώς φορέα. Οι ντουλάπες πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:		
1. Όπως ορίζει το EN 14470-2 θα έχουν υποστεί δοκιμή αντοχής σε φωτιά σε διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο - Normative reference EN 1363-1: 1999 (Fire resistance tests — Part 1: General requirements).		
2. Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο, σύμφωνα με τη διαδικασία UNI EN ISO 9001:2008.		
3. Να διαθέτουν διπλά τοιχώματα, εσωτερικά και εξωτερικά και αντιπυρική μόνωση με υψηλή ανθεκτικότητα στη φωτιά. Το μονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί να είναι πλήρως οικολογικό χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.		
4. Το εξωτερικό τους κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από συνεχές φύλλο (με τις ελάχιστες δυνατές συγκολλήσεις) και να είναι εντελώς στεγανό.		
5. Το εσωτερικό τους κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στις γρατζουνιές, και στα διαβρωτικά υλικά.		

6. Μεταξύ των τοιχωμάτων να παρεμβάλλεται διογκούμενο πληρωτικό υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 4102 (Fire testing To Building Material), που θα διογκώνεται σε περίπτωση πυρκαγιάς και θα απομονώνει το εσωτερικό του θαλάμου από το περιβάλλον.		
7. Να διαθέτουν ανοιγόμενες πόρτες και σύστημα φυσικού εξαερισμού, με δύο πιστοποιημένες βαλβίδες ασφαλείας (στην κορυφή και στο κάτω μέρος του οπίσθιου τοιχώματος της ντουλάπας), ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή των αερίων. Οι βαλβίδες θα κλείνουν αυτόματα στους $70 \pm 10^{\circ}\text{C}$.		
8. Να υπάρχουν ιμάντες ασφάλισης για τους κυλίνδρους και ράμπα για την εύκολη τοποθέτηση των κυλίνδρων.		
9. Κάθε ντουλάπα να περιλαμβάνει θήκη συγκράτησης έως 3 μικρών κυλίνδρων του 1lt.		
10. Να περιλαμβάνουν εγκατάσταση φίλτρων ενεργού άνθρακα.		
11. Να περιλαμβάνουν εγκατάσταση αναρροφητήρα ATEX 220V, 180W, Φ 125mm.		
12. Ο προμηθευτής με την εγκατάσταση θα αναλάβει και τη δημιουργία δικτύου απαγωγής μήκους περίπου 3m για την κάθε ντουλάπα.		
13. Να υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης διαρροών των αερίων.		
14. Οι μεντεσέδες να έχουν κατασκευή τέτοια ώστε να μην παράγουν σπινθήρες κατά την περιστροφή τους.		
15. Να έχουν κλειδαριά ασφαλείας με κύλινδρο.		
16. Να παραδοθούν με τις απαραίτητες επισημάνσεις "No smoking" και "Fire" σε ευκρινή σημεία σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης DIN 4844 και ISO 3864 για σημάδια ασφαλείας εμπορικά διαθέσιμων κατασκευών - προϊόντων.		
17. Να διαθέτουν σύνδεση γείωσης για την εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού.		
18. Τα πόδια τους να είναι ρυθμιζόμενα για οριζόντιωση στο σημείο εγκατάστασης.		
19. Οι διαστάσεις τους θα είναι περίπου ($\pm 5\%$) οι ακόλουθες: Για την πρώτη: Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 130X60X200cm. Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 116X50X184cm. Για τη δεύτερη: Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 68X60X200cm. Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 56X50X184cm.		
20. Να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.		
21. Να δοθεί εγγύηση εφ' όρου ζωής από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή που καλύπτει κάθε τραυματισμό προσώπων και φθορά αντικειμένων.		
22. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.		
23. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.		
24. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.		

25. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.		
26. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.		
27. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).		

Χρόνος ισχύος προσφοράς.....

Αθήνα,2019

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της αρ. 30/002/000/8383/2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πυράντοχων, εξαεριζόμενων ντουλαπών ασφαλείας με απαγωγή για φύλαξη οβίδων δειγμάτων LPG και δύο (2) θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
ΕΠΩΝΥΜΙΑ					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ					
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL					
ΑΦΜ – ΔΟΥ					
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ					
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)					
Υπεύθυνος Επικοινωνίας					
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ, ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ LPG ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ					
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) €	ΦΠΑ (24%) €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) €
ΕΙΔΟΣ 1 Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες κατάψυξης)	1				
ΕΙΔΟΣ 2 Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες συντήρησης)	1				
ΕΙΔΟΣ 3 Ντουλάπες ασφαλείας για φύλαξη κυλίνδρων αερίων υπό πίεση, κατασκευασμένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 14470-2.	2				
	1 τεμάχιο με εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 130X60X200cm και εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 116 X50 X184cm				
	1 τεμάχιο με εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 68X60X200cm και εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 56X50X184cm.				

Χρόνος ισχύος προσφοράς.....

Αθήνα,2019

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Παράρτημα Δ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(Υπογραφή-ημερομηνία)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο
«.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας (30/002/000/8383/2019) πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντίστοιχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία:

Ο Δηλών - Εξουσιοδοτών

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.