



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα , 26/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1028462
ΕΞ 2020

Ταχ. Δ/υση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : Κατσαρού Μ.
Τηλέφωνο : 2131624221
Fax : 2131624227
E-Mail : aadeprocurement@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011451 ΕΞ 2020/22-1-2020 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης προμήθειας φασματομέτρου μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (ICP-MS/MS)»

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε. Α 1011451 ΕΞ 2020/22-1-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006208503)
2. Το από 17/2/2020 αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων της εταιρείας «RIGAS LABS S.A.»
3. Η από 25/2/2020 απάντηση του Συντονιστή της Ομάδας Διοίκησης Έργου αναφορικά με τις διευκρινίσεις

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της ανωτέρω διακήρυξης.

Ερώτηση 1^η

Στις ζητούμενες προδιαγραφές (I-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) υπό α/α 5, ζητείται:

«Να υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη διαλειτουργικότητα με το λογισμικό του οργάνου, κατάλληλο λογισμικό για *single nanoparticle analysis – sp ICP- MS* και να έχει δυνατότητα να δεχθεί επέκταση για ανάλυση νανοσωματιδίων με την τεχνική *Field flow fractionation-FFF-ICP-MS*».

Με δεδομένο ότι για την ανάλυση νανοσωματιδίων απαιτούνται – εκτός από κατάλληλο λογισμικό - και κατάλληλα εξαρτήματα (κατάλληλος εκνεφωτής και κατάλληλο interface), παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν το κόστος αυτών των πρόσθετων εξαρτημάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του οργάνου.

Απάντηση

Το προσφερόμενο όργανο θα πρέπει να πραγματοποιεί *single nanoparticle analysis (sp ICP-MS)*. Αν απαιτούνται επιπρόσθετα εξαρτήματα για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο (για τον σκοπό αυτό) λογισμικό, ήδη εγκατεστημένο και σε πλήρη διαλειτουργικότητα με το λογισμικό του οργάνου.



Ερώτηση 2η

Στο άρθρο 6.4 της διακήρυξης (Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας) αναφέρεται:

«Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγγυητική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών η οποία θα άρχεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτών. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος II της παρούσης και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Ειδικότερα:

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης του εξοπλισμού και της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού είναι:

Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση δωρεάν, οποιουδήποτε υλικού (πλην αναλωσίμων) παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.»...

Με δεδομένο ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση του οργάνου είναι αναλώσιμα (δηλαδή υλικά που αντικαθίστανται διότι υπόκεινται σε φυσιολογική κατά τη χρήση – και ανάλογα με αυτή – φθορά), παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν το κόστος αυτών των αναλωσίμων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του οργάνου.

Απάντηση

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας (σημείο 6.4 της διακήρυξης) να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση. Αν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης συντήρησης απαιτούνται αναλώσιμα υλικά, αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. Λοιπά αναλώσιμα υλικά (δηλαδή εκτός των υλικών που ενδεχομένως απαιτούνται για την προβλεπόμενη προληπτική συντήρηση), δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

