



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργάκη

Τηλέφωνο: 210 6479232

Φαξ: 210 6465727

e-mail: [support.gcsf@aade.gr](mailto:support.gcsf@aade.gr)

Αθήνα 21/05/2021

Αρ. Πρωτ. 30/002/000/3566

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

**Θέμα:** «Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας)»

**Σχετ:** Η με αρ. πρωτ. 30/002/000/2992/2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC008548518 και αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 108948)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της ανωτέρω διακήρυξης:

Για την απαίτηση Α.8 του Είδους 1- ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, του Παραρτήματος Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της διακήρυξης (σελ. 34 της διακήρυξης / σελ. 45 πίνακα συμμόρφωσης), σύμφωνα με την οποία ζητείται:

«Α. Συσκευή ελέγχου αντίστασης υφασμάτων στην διείδυση ύδατος υπό υδροστατική πίεση με τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

...

8. Να έχει ψηφιακό αισθητήρα ο οποίος θα διασφαλίζει σταθερές συνθήκες δοκιμής. »

...

διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση Α.8 είναι υποχρεωτική.

Επίσης αυτό ισχύει και για την απαίτηση Γ.2 του Είδους 1(σελ. 35 της διακήρυξης / σελ. 46 πίνακα συμμόρφωσης).

Συμπληρωματικά ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: “Τα προαναφερόμενα είδη της παραγράφου 1.3 θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης”.

Συνεπώς τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στη διεύθυνση [www.aade.gr/gcsf](http://www.aade.gr/gcsf), στον σύνδεσμο Προκηρύξεις Γενικού Χημείου και στη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**