



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΔΑΜ:

Αθήνα, 05/05/2023

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/3355

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Μ. Καρυδοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6479125

E-mail: support.gcs1@aaade.gr

Έγκριση δαπάνης:

30/002/000/2291/2023

(ΑΔΑΜ:23REQ012384314, ΑΔΑ:6Π1Μ46ΜΠ3Ζ-ΖΘΔ)

ΕΑΔ: 2023/103

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλυντηρίων γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων τους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.»	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	7112 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
CPV :	42959000-3 «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	26.800,00 € (21.612,90 € πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 5.187,10 €)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	15/05/2023
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια (2) δύο πλυντηρίων γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων τους, για τις ανάγκες της Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (NUTS:EL522) του Γ.Χ.Κ. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση θα είναι ενιαία και για τα δύο είδη λόγω τοποθέτησης και εγκατάστασης τους σε πλήρη λειτουργία στο ίδιο κτήριο της Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσ/νίκη. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (26.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (21.612,90€ πλέον ΦΠΑ 5.187,10€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2023 (ΚΑΕ 7112).

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός και οι απαιτήσεις ανά είδος : 1) Πλυντήριο Γυαλικών Εργαστηρίου και των παρελκομένων του και 2) Πλυντήριο Γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων του (ανθεκτικό σε έλαια), περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που προσφέρουν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/3355/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)		
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α'		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	Επωνυμία:	
	Διεύθυνση:	
	Τηλ./ Fax:	
	Email:	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : /05/2023		

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 15/05/2023 στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsl@aaade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/3355/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (και με σφραγίδα της εταιρείας).

β) **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

- i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
- ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ, το κόστος παράδοσής τους.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Η τοποθέτηση και εγκατάστασή τους σε πλήρη λειτουργία.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φοροί, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Εάν απαιτηθεί υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 2 μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τη Χημική Υπηρεσία για την οποία προορίζονται καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων της Χ.Υ. για την οποία προορίζεται και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση:

Χημική Υπηρεσία/ Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (NUTS:EL522)	N.BOTΣΗ 1, T.K.54625, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	Π.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ	2313336661	cenmac.gcs1@aade.gr

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ: ΕΝΤ 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβε εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχου και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/3355/2023), ο ΚΑΕ 7112 και ο αριθμός Σύμβασης. Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος ή η υπηρεσία με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 7112.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokirixeis-diagonismoι> και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση <https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis>.

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β': ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail: dpdad2@aaade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aaade.gr)
3. Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας του Γ.Χ.Κ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/3355/2023. Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλυντηρίων γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων τους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΕΙΔΟΣ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 ΤΕΜ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) : 10.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 12.400,00€

ΓΕΝΙΚΑ :

Να προσφερθεί πλυντήριο γυαλικών εργαστηρίου με τα παρελκόμενά του, καινούριο και αμεταχειρίστο , κατάλληλο για αναλυτικό καθαρισμό γυάλινων σκευών εργαστηρίου από βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά εργαστήρια, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά :

1. Να είναι κατάλληλο για αναλυτικό καθαρισμό και απολύμανση γυάλινων σκευών εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά εργαστήρια
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου : ΠxΒxΥ: 60x60x85 εκ. με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω πάγκου
3. Να απαιτεί μονοφασική παροχή
4. Η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι περίπου 145 λίτρα
5. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και ο χώρος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και αλκαλικά ή όξινα υλικά
6. Να έχει δυνατότητα εξοπλισμού με διάφορα συρόμενα κάνιστρα με ακροφύσια, και προσθήκες.
7. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα για πλύσιμο πιπετών και διαφόρους τύπους φιαλών και εργαστηριακών γυαλικών
8. Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα ανοιγόμενη έως την οριζόντια θέση
9. Να διαθέτει ηλεκτρική εμπλοκή ασφάλισης θύρας κατά τη λειτουργία, για ασφάλεια του χειριστή και της διασφάλισης της ορθής πλύσης
10. Να έχει ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού
11. Να διαθέτει αντλία ανακύκλωσης μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία για ήπια και ακριβή λειτουργία με δυναμικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα/λεπτό
12. Να διαθέτει 2 βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα για δύο επίπεδα πλύσης
13. Να διαθέτει έλεγχο πίεσης και κίνησης των βραχιόνων ώστε σε περίπτωση εμπλοκής τους να υπάρχει ειδοποίηση και διακοπή του προγράμματος

ΥΧ

14. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο χειρισμού λειτουργίας με 10 τουλάχιστον προεγκατεστημένα προγράμματα, μεταξύ των οποίων για ανόργανα και οργανικά κατάλοιπα και πλαστικά υλικά, και με 2 προγράμματα ελεύθερης παραμετροποίησης από το χειριστή
15. Να είναι πλήρως προγραμματιζόμενο
16. Να φέρει οθόνη – ενδείξεων για: • Ακολουθία προγραμμάτων • Θερμοκρασία και διάρκεια προγράμματος • Τέλος προγράμματος με οπτικό και ακουστικό σήμα • Ενδείξεις για έλεγχο προβλημάτων και Service
17. Να διαθέτει: • Θυρίδα για στερεό απορρυπαντικό σε σκόνη • Θυρίδα για αλάτι αναγέννησης • Αντλία για όξινα απορρυπαντικά
18. Να συμπεριλαμβάνεται επιπλέον αντλία για υγρά αλκαλικά απορρυπαντικά
19. Να διαθέτει σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών μέσα στο θάλαμο του πλυντηρίου, ώστε να μην επιβαρύνεται ο χώρος του εργαστηρίου από υδρατμούς
20. Να διαθέτει συνδέσεις παροχής για : • Κρύο νερό με πίεση ροής 2-10 bar (2 συνδέσεις) • Ζεστό νερό με πίεση ροής 2-10 bar • Απιονισμένο νερό
21. Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης
22. Να παραδοθεί με αντλητική διάταξη η οποία θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση εισόδου για το απιονισμένο νερό
23. Να διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών
24. Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του και τα οποία θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής
25. Να συνοδεύεται από υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό, καθαριστικό οξύ και αλάτι αναγέννησης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

1. Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
2. Να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές
3. Η συσκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE
4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση της συσκευής. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής
5. Εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής
6. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service)
8. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης
9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου

ΥΧ

10. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον
11. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας (2) δύο ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υποχρεούται δε να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.
- Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 24-48 ώρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή.

13. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αξίας 200,00€ και διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις μήνες από το χρόνο δωρεάν εγγύησης, και έναρξη ισχύος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του είδους (άρθρο 72, ν. 4412/2016).

ΕΙΔΟΣ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΕΛΑΙΑ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 ΤΕΜ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) : 11.612,90€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 14.400,00€

ΓΕΝΙΚΑ :

Να προσφερθεί πλυντήριο γυαλικών εργαστηρίου με τα παρελκόμενά του (ανθεκτικό σε έλαια), καινούριο και αμεταχείριστο, κατάλληλο για αναλυτικό καθαρισμό γυάλινων σκευών εργαστηρίου από βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά εργαστήρια, με εξαρτήματα και ανταλλακτικά ειδικά κατασκευασμένα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε έλαια με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά :

1. Να είναι κατάλληλο για αναλυτικό καθαρισμό και απολύμανση γυάλινων σκευών εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά εργαστήρια
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου : ΠxΒxΥ: 60x60x85 εκ. με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω πάγκου
3. Να απαιτεί μονοφασική παροχή
4. Η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι περίπου 145 λίτρα
5. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και ο χώρος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και αλκαλικά ή όξινα υλικά
6. Το πλυντήριο να διαθέτει εξαρτήματα και ανταλλακτικά ειδικά κατασκευασμένα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε έλαια. Η συσκευή θα εγκατασταθεί σε εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων πετρελαιοειδών

ΥΧ

7. Να έχει δυνατότητα εξοπλισμού με διάφορα συρόμενα κάνιστρα με ακροφύσια, και προσθήκες. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα για πλύσιμο πιπετών και διαφόρους τύπους φιαλών και εργαστηριακών γυαλικών.
8. Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα ανοιγόμενη έως την οριζόντια θέση
9. Να διαθέτει ηλεκτρική εμπλοκή ασφάλισης θύρας κατά τη λειτουργία, για ασφάλεια του χειριστή και της διασφάλισης της ορθής πλύσης
10. Να έχει ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού
11. Να διαθέτει αντλία ανακύκλωσης μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία για ήπια και ακριβή λειτουργία με δυναμικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα/λεπτό
12. Να διαθέτει 2 βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα για δύο επίπεδα πλύσης
13. Να διαθέτει έλεγχο πίεσης και κίνησης των βραχιόνων ώστε σε περίπτωση εμπλοκής τους να υπάρχει ειδοποίηση και διακοπή του προγράμματος
14. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο χειρισμού λειτουργίας με 10 τουλάχιστον προεγκατεστημένα προγράμματα, μεταξύ των οποίων για ανόργανα και οργανικά κατάλοιπα και πλαστικά υλικά, και με 2 προγράμματα ελεύθερης παραμετροποίησης από το χειριστή
15. Να είναι πλήρως προγραμματιζόμενο
16. Να φέρει οθόνη – ενδείξεων για : • Ακολουθία προγραμμάτων • Θερμοκρασία και διάρκεια προγράμματος • Τέλος προγράμματος με οπτικό και ακουστικό σήμα • Ενδείξεις για έλεγχο προβλημάτων και Service
17. Να διαθέτει: • Θυρίδα για στερεό απορρυπαντικό σε σκόνη • Θυρίδα για αλάτι αναγέννησης • Αντλία για όξινα απορρυπαντικά
18. Να συμπεριλαμβάνεται επιπλέον αντλία για υγρά αλκαλικά απορρυπαντικά
19. Να διαθέτει σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών μέσα στο θάλαμο του πλυντηρίου, ώστε να μην επιβαρύνεται ο χώρος του εργαστηρίου από υδρατμούς
20. Να διαθέτει συνδέσεις παροχής για : • Κρύο νερό με πίεση ροής 2-10 bar (2 συνδέσεις) • Ζεστό νερό με πίεση ροής 2-10 bar • Απιονισμένο νερό με πίεση ροής 2-10 bar
21. Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης
22. Να διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών
23. Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του και τα οποία θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής
24. Να συνοδεύεται από υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό, καθαριστικό οξύ και αλάτι αναγέννησης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

1. Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
2. Να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές

ΥΧ

3. Η συσκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE
4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση της συσκευής. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής
5. Εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής
6. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service)
8. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης
9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου
10. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον
11. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας (2) δύο ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υποχρεούται δε να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.
 - Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 24-48 ώρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή.
13. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αξίας 220,00€ και διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις μήνες από το χρόνο δωρεάν εγγύησης, και έναρξη ισχύος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του είδους (άρθρο 72, ν. 4412/2016).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/3355/2023 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλυντηρίων γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων τους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα συνοποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

ΕΙΔΟΣ 1

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Πλυντήριο γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων του, καινούριο και αμεταχειριστο.	ΝΑΙ		
1.	Να είναι κατάλληλο για αναλυτικό καθαρισμό και απολύμανση γυαλινων σκευών εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά εργαστήρια.			
2.	Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου : ΠxΒxΥ: 60x60x85 εκ. με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω πάγκου.			
3.	Να απαιτεί μονοφασική παροχή.			
4.	Η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι περίπου 145 λίτρα.			
5.	Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και ο χώρος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και αλκαλικά ή όξινα υλικά.			
6.	Να έχει δυνατότητα εξοπλισμού με διάφορα συρόμενα κάλιντρα με ακροφύσια, και προσθήκες.			

ΥΧ

7.	Να συνοδεύεται από εξαρτήματα για πλύσιμο πιπετών και διαφόρους τύπους φιαλών και εργαστηριακών γυαλικών.			
8.	Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα ανοιγόμενη έως την οριζόντια θέση.			
9.	Να διαθέτει ηλεκτρική εμπλοκή ασφάλισης θύρας κατά τη λειτουργία, για ασφάλεια του χειριστή και της διασφάλισης της ορθής πλύσης.			
10.	Να έχει ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού.			
11.	Να διαθέτει αντλία ανακύκλωσης μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία για ήπια και ακριβή λειτουργία με δυναμικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα/λεπτό.			
12.	Να διαθέτει 2 βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα για δύο επίπεδα πλύσης.			
13.	Να διαθέτει έλεγχο πίεσης και κίνησης των βραχιόνων ώστε σε περίπτωση εμπλοκής τους να υπάρχει ειδοποίηση και διακοπή του προγράμματος.			
14.	Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο χειρισμού λειτουργίας με 10 τουλάχιστον προεγκατεστημένα προγράμματα, μεταξύ των οποίων για ανόργανα και οργανικά κατάλοιπα και πλαστικά υλικά, και με 2 προγράμματα ελεύθερης παραμετροποίησης από το χειριστή.			
15.	Να είναι πλήρως προγραμματιζόμενο.			
16.	Να φέρει οθόνη – ενδείξεων για: <ul style="list-style-type: none"> • Ακολουθία προγραμμάτων • Θερμοκρασία και διάρκεια προγράμματος • Τέλος προγράμματος με οπτικό και ακουστικό σήμα • Ενδείξεις για έλεγχο προβλημάτων και Service 			
17.	Να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> • Θυρίδα για στερεό απορρυπαντικό σε σκόνη • Θυρίδα για αλάτι αναγέννησης • Αντλία για όξινα απορρυπαντικά 			
18.	Να συμπεριλαμβάνεται επιπλέον αντλία για υγρά αλκαλικά απορρυπαντικά.			
19.	Να διαθέτει σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών μέσα στο θάλαμο του πλυντηρίου, ώστε να μην επιβαρύνεται ο χώρος του εργαστηρίου από υδρατμούς.			
20.	Να διαθέτει συνδέσεις παροχής για : <ul style="list-style-type: none"> • Κρύο νερό με πίεση ροής 2-10 bar (2 συνδέσεις) • Ζεστό νερό με πίεση ροής 2-10 bar • Απιονισμένο νερό 			
21.	Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης.			
22.	Να παραδοθεί με αντλητική διάταξη η οποία θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση εισόδου για το απιονισμένο νερό.			
23.	Να διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών.			
24.	Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του και τα οποία θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής.			

25.	Να συνοδεύεται από υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό, καθαριστικό οξύ και αλάτι αναγέννησης.			
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.			
2.	Να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.			
3.	Η συσκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE.			
4.	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση της συσκευής. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής.			
5.	Εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής.			
6.	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.			
7.	Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service).			
8.	Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης.			
9.	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.			
10.	Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.			
11.	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.			
12.	<u>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u> : Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας (2) δύο ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υποχρεούται δε να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη. <ul style="list-style-type: none"> • Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 24-48 ώρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή. 			
13.	Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, εγγυητική επιστολή <u>καλής λειτουργίας</u> αξίας 200,00€ και διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις μήνες από το χρόνο δωρεάν εγγύησης, και έναρξη ισχύος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του είδους (άρθρο 72, ν. 4412/2016).			

ΕΙΔΟΣ 2

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Πλυντήριο γυαλικών εργαστηρίου με τα παρελκόμενά του (ανθεκτικό σε έλαια) καινούριο και αμεταχείριστο.	ΝΑΙ		
1.	Να είναι κατάλληλο για αναλυτικό καθαρισμό και απολύμανση γυάλινων σκευών εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά εργαστήρια.			
2.	Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου : ΠxΒxΥ: 60x60x85 εκ. με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω πάγκου.			
3.	Να απαιτεί μονοφασική παροχή.			
4.	Η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι περίπου 145 λίτρα.			
5.	Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και ο χώρος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και αλκαλικά ή όξινα υλικά.			
6.	Το πλυντήριο να διαθέτει εξαρτήματα και ανταλλακτικά ειδικά κατασκευασμένα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε έλαια. Η συσκευή θα εγκατασταθεί σε εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων πετρελαιοειδών.			
7.	Να έχει δυνατότητα εξοπλισμού με διάφορα συρόμενα κάμιστρα με ακροφύσια, και προσθήκες. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα για πλύσιμο πιπετών και διαφόρους τύπους φιαλών και εργαστηριακών γυαλικών.			
8.	Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα ανοιγόμενη έως την οριζόντια θέση.			
9.	Να διαθέτει ηλεκτρική εμπλοκή ασφάλισης θύρας κατά τη λειτουργία, για ασφάλεια του χειριστή και της διασφάλισης της ορθής πλύσης.			
10.	Να έχει ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού.			
11.	Να διαθέτει αντλία ανακύκλωσης μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία για ήπια και ακριβή λειτουργία με δυναμικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα/λεπτό.			
12.	Να διαθέτει 2 βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα για δύο επίπεδα πλύσης.			
13.	Να διαθέτει έλεγχο πίεσης και κίνησης των βραχιόνων ώστε σε περίπτωση εμπλοκής τους να υπάρχει ειδοποίηση και διακοπή του προγράμματος.			
14.	Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο χειρισμού λειτουργίας με 10 τουλάχιστον προεγκατεστημένα προγράμματα, μεταξύ των οποίων για ανόργανα και οργανικά κατάλοιπα και πλαστικά υλικά, και με 2 προγράμματα ελεύθερης παραμετροποίησης από το χειριστή.			
15.	Να είναι πλήρως προγραμματιζόμενο.			
16.	Να φέρει οθόνη – ενδείξεων για: <ul style="list-style-type: none"> • Ακολουθία προγραμμάτων • Θερμοκρασία και διάρκεια προγράμματος • Τέλος προγράμματος με οπτικό και ακουστικό σήμα 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Ενδείξεις για έλεγχο προβλημάτων και Service 			
17.	<p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θυρίδα για στερεό απορρυπαντικό σε σκόνη • Θυρίδα για αλάτι αναγέννησης • Αντλία για όξινα απορρυπαντικά 			
18.	Να συμπεριλαμβάνεται επιπλέον αντλία για υγρά αλκαλικά απορρυπαντικά.			
19.	Να διαθέτει σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών μέσα στο θάλαμο του πλυντηρίου, ώστε να μην επιβαρύνεται ο χώρος του εργαστηρίου από υδρατμούς.			
20.	<p>Να διαθέτει συνδέσεις παροχής για :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κρύο νερό με πίεση ροής 2-10 bar (2 συνδέσεις) • Ζεστό νερό με πίεση ροής 2-10 bar • Απιονισμένο νερό με πίεση ροής 2-10 bar 			
21.	Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης.			
22.	Να διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών.			
23.	Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του και τα οποία θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής.			
24.	Να συνοδεύεται από υγρό αλκαλικό απορρυπαντικό, καθαριστικό οξύ και αλάτι αναγέννησης.			
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.			
2.	Να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.			
3.	Η συσκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE.			
4.	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση της συσκευής. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής.			
5.	Εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της συσκευής.			
6.	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.			
7.	Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service).			
8.	Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης.			
9.	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.			
10.	Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.			

11.	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.			
12.	<p><u>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>: Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας (2) δύο ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υποχρεούται δε να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 24-48 ώρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή. 			
13.	Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, εγγυητική επιστολή <u>καλής λειτουργίας</u> αξίας 220,00€ και διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις μήνες από το χρόνο δωρεάν εγγύησης, και έναρξη ισχύος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του είδους (άρθρο 72, ν. 4412/2016).			

<u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u>				
ΕΙΔΟΣ	ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) σε €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) σε €
1	Πλυντήριο γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων του	1 TEM.		
2	Πλυντήριο γυαλικών εργαστηρίου και των παρελκομένων του (ανθεκτικό σε έλαια)	1 TEM.		

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

ΥΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας

ΥΧ

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλών/ούσα- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.