

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (ΑΕΑ)	
A. ΓΕΝΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
A.1 Να διαθέτει πιστοποίηση CE, και ISO 13485:2016 η οποία θα υποβάλλεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή.	NAI
A.2 Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015 & ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004 τα οποία θα υποβληθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.	NAI
A.3 Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) έτη εργοστασιακή εγγύηση.	NAI
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ	
B.1 Να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, φορητός, ταχείας ανάλυσης, αξιόπιστος φιλικός στη χρήση, ασφαλής για το χειριστή και τον ασθενή και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του.	NAI
B.2 Να είναι φορητός, μικρού όγκου, βάρους ίσου ή μικρότερου από 2.5 Kg.	NAI
B.3 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και 40°C.	NAI
B.4 Να διαθέτει δείκτη στεγανότητας (σκόνη, νερό) τουλάχιστον IP55.	NAI
B.5 Να λειτουργεί με μπαταρία /ες μη επαναφορτιζόμενη/ες και όλα και να αποδίδει τουλάχιστον εκατόν σαράντα (140) απινιδώσεις στη μέγιστη ενέργεια με έξι (6) ώρες παρακολούθησης και με ελάχιστη διάρκειας ζωής έξι (6) ετών.	NAI
B.6 Να ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα του καλύμματος (χωρίς κουμπί ενεργοποίησης (on/off) για εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.	NAI
B.7 Να έχει προ-συνδεδεμένα ηλεκτρόδια για εξοικονόμηση χρόνου και ευκολία του χρήστη.	NAI
B.8 Να διαθέτει απλή διεπαφή χρήστη τριών (3) βημάτων με εικονογράμματα.	NAI
B.9 Να είναι κατάλληλος και για αυτόματη απινίδωση με πάτημα κουμπιού για σοκ.	NAI
B.10 Να παρέχει βοήθεια ανάνηψης με μετρονόμο κατά τη διάρκεια των συμπιέσεων στο στήθος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ERC.	NAI
B.11 Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και του ιστορικού επεισοδίων συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών, να έχει υποδοχή κάρτας μνήμης SD, και όλα τα δεδομένα συμβάντων (ΗΚΓ) ανακαλούνται από τη συσκευή σε Η/Υ.	NAI
B.12 Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες.	NAI
B.13 Να διαθέτει αυτόματο κύκλωμα ελέγχου ημερομηνίας λήξης της μπαταρίας και των ηλεκτροδίων.	NAI
B.14 Να διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη.	NAI
B.15 Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.	NAI
B.16 Να διαθέτει φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά για αποτελεσματικότερη χρήση του απινιδωτή, ακόμη και αν ο χρήστης διαθέτει περιορισμένη γνώση ή εμπειρία.	NAI
B.17 Να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης με σήμανση στα Ελληνικά (προαιρετικό).	NAI
B.18 Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξειδικευμένο SERVICE από τον κατασκευαστή, επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων τουλάχιστον για το χρόνο ισχύος της εγγύησης.	NAI
B.19 Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει εκπαίδευση χρήσης ΑΕΑ.	NAI