



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργάκη

Τηλέφωνο: 210 6479232

e-mail: support.gcs1@aade.gr

Αθήνα 15/01/2024

Αρ. Πρωτ. 30/002/000/343

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ' αρ. 30/002/000/10119/2023 διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δώδεκα συστημάτων υγρής χρωματογραφίας για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της ανωτέρω διακήρυξης:

Το σημείο Α4 των τεχνικών προδιαγραφών του Είδους 1 «Να διαθέτει επαναληψιμότητα ροής μικρότερη από 0,07% RSD», ισχύει ως έχει.

Τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών του Είδους 2, Α4 «Να διαθέτει επαναληψιμότητα ροής μικρότερη από 0,07% RSD» και Ε3 «Δυνατότητα σάρωσης και απεικόνισης φάσματος φθορισμού οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αποθήκευσης των φασμάτων μαζί με το χρωματογράφημα», ισχύουν ως έχουν, με τη διευκρίνιση ότι ο όρος «...οποιαδήποτε χρονική στιγμή...», της προδιαγραφής Ε3, αναφέρεται στη διάρκεια της ανάλυσης.

Τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών του Είδους 3, Α4 «Να διαθέτει επαναληψιμότητα ροής μικρότερη από 0,07% RSD», Β2 «Ο ελάχιστος όγκος λαμβανομένου δείγματος να είναι από 0,2 μL και ο μέγιστος τουλάχιστον 100 μL, χωρίς αλλαγή Ισορ» και ΣΤ3 «Δυνατότητα σάρωσης και απεικόνισης φάσματος φθορισμού οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αποθήκευσης των φασμάτων μαζί με το χρωματογράφημα», ισχύουν ως έχουν, με τη διευκρίνιση ότι ο όρος «...οποιαδήποτε χρονική στιγμή...», της προδιαγραφής ΣΤ3, αναφέρεται στη διάρκεια της ανάλυσης.

Η συμφωνία των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και η μεθοδολογία επίτευξής τους, θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με βάση τα σχετικά έγγραφα που θα προσκομιστούν από τους συμμετέχοντες.

Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στη διεύθυνση www.aade.gr/gcsl, στον σύνδεσμο Προκηρύξεις Γενικού Χημείου και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 283128.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αριθ. 30/002/000/10119/2023 διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ