



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΔΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Μ. ΜΟΥΞΙΟΥ

Τηλέφωνο: 210 6479 151

E-mail: support.gcsf@aade.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, 18/7/2025

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/6162

Έγκριση δαπάνης:

30/002/000/6000/2025

ΑΔΑΜ:25REQ017225471, ΑΔΑ: ΨΙΕ846ΜΠ3Ζ-24Λ,

ΕΑΔ: 2025/202

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000
ΚΑΕ	7131 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»
CPV :	44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΣΥΝΟΛΟ: 32.240,00 € (26.000,00€ πλέον ΦΠΑ 6.240,00€)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	01/08/2025
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (32.240,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (26.000,00€ πλέον ΦΠΑ 6.240,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2025 (ΚΑΕ 7131).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των ειδών. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που προσφέρουν.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής (LAMINARFLOW) βιολογικής ασφάλειας, πλάτους 1100mm. (Χ.Υ. Σάμου)	44211110-6 ΘΑΛΑΜΟΙ	1	7.000,00
2	Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής (LAMINARFLOW) βιολογικής ασφάλειας, πλάτους 600mm. (Χ.Υ. Σερρών)		2	8.000,00
3	θάλαμος προβολής ανάλυσης φθορισμού με λάμπα UV (Χ.Υ. Σερρών)		1	2.000,00
4	ΘάλαμοςSPE (SPEMANIFOLD) (Α΄ Χ.Υ. Αθηνών Τμήμα Α, Β και Γ)		3	9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				26.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ				32.240,00

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support.gcs1@aade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (30/002/000/6162/2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 1^η -8-2025.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Συμπληρωμένα από τον συμμετέχοντα τα ΕΝΤΥΠΑΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των Παραρτημάτων Β και Γ της παρούσας, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

- Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
- Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

5. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους.
- Ό, τι αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου γενικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

6. Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), ανά είδος του Παραρτήματος Α΄.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

8. Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **δύο (2) μηνών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 3/12

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	E-mail
Α' ΧΥ Αθηνών (NUTS:EL303)	Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι	Ι. Γαρδίκης	2106479337	a_athens.gcsf@aade.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (NUTS:EL412)	Παύλου Κουντουριώτη (δίπλα στο Τελωνείο), Τ.Κ. 83100, Σάμος	Φ. Σαμίου	27530 27590 22733 53800	samos.gcsf@aade.gr
Χ.Υ. Σερρών (NUTS:EL526)	Τέρμα Άνδρου, Τ.Κ. 62125 Σέρρες	Κ. Κύδρος	2321356102 2321356111	serres.gcsf@aade.gr

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ ENT 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβαν **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό τους έλεγχο. Επιπρόσθετα, για τα είδη θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 7131 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργασιών και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία:

- ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525
- Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ: 1024.8010000000.0005.

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδών και να αναγράφονται:

- ο αριθμός ΑΔΑ της Έγκρισης Δαπάνης (ΨΙΤ846ΜΠ3Ζ-24Λ)
- ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/6162/2025)
- ο ΚΑΕ 7131
- ο κωδικός CPV: 44211110-6
- και ο αριθμός ΑΔΑΜ της Σύμβασης ή της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση).

Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση. Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

9. Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2025, ΚΑΕ 7131.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoι> και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

**Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.**

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ': ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποίηση:

1. Α' Χ.Υ Αθηνών
2. Χ.Υ. Αιγαίου, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου
3. Χ.Υ. Σερρών
4. Δ/ση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (dpdad2@aade.gr)

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 5/12

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

της υπ' αριθμό 30/002/000/6162/2025 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Γενικές προδιαγραφές

(αφορούν όλα τα είδη)

1. Στο τίμημα περιλαμβάνονται:
 - Όλα τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 1.
 - Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών στις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται.
 - Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων μονάδων, όπου απαιτείται. Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά τους **υφιστάμενους θαλάμους κάθετης νηματικής ροής**, στις Χημικές Υπηρεσίες Σάμου και Σερρών.
 - Η σύνδεση και θέση σε λειτουργία των προς προμήθεια ειδών.
 - Όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα καθώς και υλικά και μικροϋλικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή του εξοπλισμού.
 - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας.
 - Τυχόν εκπαίδευση του προσωπικού.
2. Ο θάλαμος να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
3. Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
4. Ο θάλαμος πρέπει να φέρει σήμανση CE.
5. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.
6. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (02) τουλάχιστον ετών.
7. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα επισυναπτόμενα έντυπα (βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, έντυπα) του κατασκευαστή οίκου και του προμηθευτή.

ΕΙΔΟΣ 1:ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINARFLOW) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 1100mm

Προορίζεται για τη Χ.Υ. Σάμου (1 τεμάχιο)

1. Ο προσφερόμενος θάλαμος να πληροί το πρότυπο EN 12469 για θαλάμους Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II.
2. Η επιφάνεια εργασίας να έχει πλάτος περίπου 1100mm.
3. Να διαθέτει δύο φίλτρα ULPA (στη νηματική ροή και στο σημείο εξόδου του αέρα από το θάλαμο), με ικανότητα κατακράτησης 99.9995%.
4. Να διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας (χάλυβας 304L).
5. Να διαθέτει αυτόματη εξισορρόπηση της εισαγωγής αέρα και της νηματικής ροής σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και ασφάλειας του δείγματος.
6. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τη λανθασμένη θέση παραθύρου και τη λανθασμένη ροή αέρα.
7. Το παράθυρο να ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά.
8. Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει οθόνη και να μπορεί να καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του θαλάμου καθώς επίσης και να φέρει προειδοποιητικό μήνυμα όταν τα φίλτρα χρειάζονται αλλαγή.
9. Να διαθέτει κεκλιμένο εμπρόσθιο μέρος για αυξημένη εργονομία.
10. Τα φίλτρα αλλά και όλα τα εξαρτήματα του θαλάμου να έχουν εύκολη πρόσβαση από το εμπρόσθιο μέρος.
11. Το επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 70dB.
12. Να διαθέτει τουλάχιστον μια πρίζα.
13. Να διαθέτει λάμπα UV.
14. Ο φωτισμός στην επιφάνεια εργασίας να είναι τουλάχιστον 1000 lux.
15. Να διαθέτει τροχήλατη βάση με φρένα στις ρόδες.

ΕΙΔΟΣ 2: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINARFLOW) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 600mm

Προορίζονται για τη Χ.Υ. Σερρών (2 τεμάχια)

1. Ο προσφερόμενος θάλαμος να πληροί το πρότυπο EN 12469 για θαλάμους Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II.
2. Η επιφάνεια εργασίας να έχει πλάτος περίπου 600mm.
3. Να διαθέτει δύο φίλτρα ULPA (στη νηματική ροή και στο σημείο εξόδου του αέρα από το θάλαμο), με ικανότητα κατακράτησης 99.9995%.

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 6/12

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

4. Να διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας (χάλυβας 304L).
5. Να διαθέτει αυτόματη εξισορρόπηση της εισαγωγής αέρα και της νηματικής ροής σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και ασφάλειας του δείγματος.
6. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τη λανθασμένη θέση παραθύρου και τη λανθασμένη ροή αέρα.
7. Το παράθυρο να ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά.
8. Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει οθόνη και να μπορεί να καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του θαλάμου καθώς επίσης και να φέρει προειδοποιητικό μήνυμα όταν τα φίλτρα χρειάζονται αλλαγή.
9. Τα φίλτρα αλλά και όλα τα εξαρτήματα του θαλάμου να έχουν εύκολη πρόσβαση από το εμπρόσθιο μέρος.
10. Το επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 70dB.
11. Να διαθέτει τουλάχιστον μια πρίζα.
12. Να διαθέτει λάμπα UV.
13. Ο φωτισμός στην επιφάνεια εργασίας να είναι τουλάχιστον 1000 lux.
14. Να διαθέτει τροχήλατη βάση με φρένα στις ρόδες.

ΕΙΔΟΣ 3: ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV

Προορίζεται για τη Χ.Υ. Σερρών (1 τεμάχιο)

Θάλαμος με λάμπα UV και θύρα παρατήρησης.

1. Η θύρα παρατήρησης να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο UV στο παράθυρο προβολής εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία των ματιών.
2. Η πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο να είναι δυνατή από το μπροστινό μέρος.
3. Να διατίθεται σε δύο μήκη κύματος: 254/366 nm
4. Να έχει χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης.

ΕΙΔΟΣ 4: ΘΑΛΑΜΟΣ SPE (SPEMANIFOLD)

Προορίζονται για την Α' Χ.Υ. Αθηνών για τα τμήματα Α, Β και Γ. (3 τεμάχια)

Σύστημα πολλαπλών θέσεων SPE υπό κενό ταυτόχρονης επεξεργασίας 24 δειγμάτων.

1. Να διαθέτει βάση ανθεκτική σε διαλύτες και κάλυμμα ανθεκτικό σε διάβρωση.
2. Να είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση του κενού με κατάλληλη αντλία κενού.
3. Να είναι δυνατός ο ακριβής έλεγχος της ροής σε κάθε σωλήνα SPE
4. Να διαθέτει βάση στήριξης σωλήνων διαμέτρου έως περίπου 15mm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/6162/2025 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια θαλάμων κάθετης νηματικής ροής (LAMINARFLOW) βιολογικής ασφάλειας, θαλάμου προβολής ανάλυσης φθορισμού με λάμπα UV και θαλάμων SPE (SPEMANIFOLD) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ		
1) Στο τίμημα περιλαμβάνονται: - Όλα τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 1 - Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών στις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται - Η αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων μονάδων, όπου απαιτείται. Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά τους υφιστάμενους θαλάμους κάθετης νηματικής ροής , στις Χημικές Υπηρεσίες Σάμου και Σερρών - Η σύνδεση των και θέση σε λειτουργία προς προμήθεια ειδών - Όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα καθώς και υλικά και μικροϋλικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή του εξοπλισμού - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι απαραίτητες δοκιμές Λειτουργίας - Τυχόν εκπαίδευση του προσωπικού		
2) Ο θάλαμος να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του		
3) Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές		
4) Ο θάλαμος πρέπει να φέρει σήμανση CE		
5) Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001		
6) προμηθευτής θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (02) τουλάχιστον ετών		
7) Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται από τα επισυναπτόμενα έντυπα (βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, έντυπα) του κατασκευαστή οίκου και του προμηθευτή		
ΕΙΔΟΣ 1: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINARFLOW) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 1100mm		
1) Ο προσφερόμενος θάλαμος να πληροί το πρότυπο EN 12469 για		

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 8/12

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 02 00 8.01 02/Εκδοση 4/
ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

θαλάμους Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II		
2) Η επιφάνεια εργασίας να έχει πλάτος περίπου 1100mm.		
3) Να διαθέτει δύο φίλτρα ULPA (στη νηματική ροή και στο σημείο εξόδου του αέρα από το θάλαμο), με ικανότητα κατακράτησης 99.9995%.		
4) Να διαθέτει ανοξειδωτή επιφάνεια εργασίας (χάλυβας 304L)		
5) Να διαθέτει αυτόματη εξισορρόπηση της εισαγωγής αέρα και της νηματικής ροής σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και ασφάλειας του δείγματος.		
6) Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τη λανθασμένη θέση παραθύρου και τη λανθασμένη ροή αέρα		
7) Το παράθυρο να ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά		
8) Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει οθόνη και να μπορεί να καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του θαλάμου καθώς επίσης και να φέρει προειδοποιητικό μήνυμα όταν τα φίλτρα χρειάζονται αλλαγή.		
9) Να διαθέτει κεκλιμένο εμπρόσθιο μέρος για αυξημένη εργονομία		
10) Τα φίλτρα αλλά και όλα τα εξαρτήματα του θαλάμου να έχουν εύκολη πρόσβαση από το εμπρόσθιο μέρος		
11) Το επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 70dB		
12) Να διαθέτει τουλάχιστον μια πρίζα		
13) Να διαθέτει λάμπα UV		
14) Ο φωτισμός στην επιφάνεια εργασίας να είναι τουλάχιστον 1000 lux		
15) Να διαθέτει τροχήλατη βάση με φρένα στις ρόδες		
ΕΙΔΟΣ 2: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINARFLOW) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 600mm		
1) Ο προσφερόμενος θάλαμος να πληροί το πρότυπο EN 12469 για θαλάμους Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II		
2) Η επιφάνεια εργασίας να έχει πλάτος περίπου 600mm		
3) Να διαθέτει δύο φίλτρα ULPA (στη νηματική ροή και στο σημείο εξόδου του αέρα από το θάλαμο), με ικανότητα κατακράτησης 99.9995%		
4) Να διαθέτει ανοξειδωτή επιφάνεια εργασίας (χάλυβας 304L)		
5) Να διαθέτει αυτόματη εξισορρόπηση της εισαγωγής αέρα και της νηματικής ροής σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και ασφάλειας του δείγματος		
6) Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τη λανθασμένη θέση παραθύρου και τη λανθασμένη ροή αέρα		
7) Το παράθυρο να ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά		
8) Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει οθόνη και να μπορεί να καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του θαλάμου καθώς επίσης και να φέρει προειδοποιητικό μήνυμα όταν τα φίλτρα χρειάζονται αλλαγή		
9) Τα φίλτρα αλλά και όλα τα εξαρτήματα του θαλάμου να έχουν εύκολη πρόσβαση από το εμπρόσθιο μέρος		
10) Το επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 70dB		
11) Να διαθέτει τουλάχιστον μια πρίζα		
12) Να διαθέτει λάμπα UV		
13) Ο φωτισμός στην επιφάνεια εργασίας να είναι τουλάχιστον 1000 lux		
14) Να διαθέτει τροχήλατη βάση με φρένα στις ρόδες		
ΕΙΔΟΣ 3: ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV		
1) Θάλαμος με λάμπα UV και θύρα παρατήρησης		
2) Η θύρα παρατήρησης να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο UV στο παράθυρο προβολής εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία των ματιών		

ΥΧ

3) Η πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο να είναι δυνατή από το μπροστινό μέρος		
4) Να διατίθεται σε δύο μήκη κύματος: 254/366 nm		
5) Να έχει χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης		
ΕΙΔΟΣ 4: ΘΑΛΑΜΟΣ SPE (SPEMANIFOLD) Σύστημα πολλαπλών θέσεων SPE υπό κενό ταυτόχρονης επεξεργασίας 24 δειγμάτων		
1) Να διαθέτει βάση ανθεκτική σε διαλύτες και κάλυμμα ανθεκτικό σε διάβρωση		
2) Να είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση του κενού με κατάλληλη αντλία κενού		
3) Να είναι δυνατός ο ακριβής έλεγχος της ροής σε κάθε σωλήνα SPE		
4) Να διαθέτει βάση στήριξης σωλήνων διαμέτρου έως περίπου 15mm		

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/6162/2025 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια θαλάμων κάθετης νηματικής ροής (LAMINARFLOW) βιολογικής ασφάλειας, θαλάμου προβολής ανάλυσης φθορισμού με λάμπα UV και θαλάμων SPE (SPEMANIFOLD) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Ισχύς προσφοράς	

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχιο)	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINARFLOW) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 1100mm.		1				
2	ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINARFLOW) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 600mm.		2				
3	ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV		1				
4	ΘΑΛΑΜΟΣ SPE (SPEMANIFOLD)		3				

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

ΥΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σελίδα 11/12

ΕΝΤΥΠΟ:ΕΝΤ 02 00 8.01 02/Έκδοση 4/

ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης : 07/02/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

B2. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.

1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

Ημερομηνία: _____

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.